


Risepro PC-102B



POPIS



SPECIFIKACE

Měření	pH a CL ₂	Napájení	1× AA baterie
Rozsah měření pH	5,5 – 9,0	Hmotnost	160g (bez baterie)
Rozsah měření CL₂	0,2 – 3,0 ppm		



První použití

Při prvním použití v bazénu je třeba připravit roztok s koncentrací **1,5 ppm chlóru**.

Pokud není možné roztok připravit, doporučuje se ověřit koncentraci pomocí standardních testovacích proužků.

Tento roztok slouží k ověření, že tester funguje správně. Přepněte zařízení do režimu měření chlóru a ponořte sondu do připraveného roztoku. Ručička by se měla pohybovat v rozmezí ideál, což znamená, že je přístroj v pořádku a připraven k používání. Následně můžete tester využívat přímo v bazénové či lázeňské vodě.